

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Дом здравља Гроцка
Бр. 1514
Датум: 30.06.2017.
Српско-грчког пријатељства бр. 17
11306 Београд-Гроцка



ДОМ ЗДРАВЉА
ГРОЦКА

ТЕЛ: 8501-958, 8501-661

Српско грчког пријатељства 17, 11306 ГРОЦКА, П.фак 20

Predmet : Izmena konkursne dokumentacije za JNMV D 02/17- 2 EKG APARATA-DVANAESTOKANALNA

1. Na strani 14 konkursne dokumentacije SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE menja se zahtev "TFT ekran osetljiv na dodir , veličine minimum 5,7 inča" tako da sada glasi „TFT ekran osetljiv na dodir veličine minimum 7,5 inča“
2. Na strani 14 konkursne dokumentacije SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE menja se zahtev "Integrisana alfanumerička tastatura sa pozadinskim osvetljenjem, vodootporna, silikonska ili gumena" tako da sada glasi „Integrisana alfanumerička tastatura vodootporna, silikonska ili folijska“
3. Na strani 14 konkursne dokumentacije SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE menja se zahtev "Autonomija pri radu na baterije minimum 2 sata" tako da sada glasi "Autonomija pri radu na baterije, minimum 6 sati"



Služba za JN

M. Stanić Vrećić

V СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

НАЗИВ ДОБРА	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а	Напомена
<p>ЕКГ АПАРАТ- ДАНАЕСТОКАНАЛНИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТФТ екран осетљив на додир, величине минимум 7,5 инча, -Приказ на екрану: свих 12 ЕКГ кривих истовремено у реалном времену; приказ броја откуцаја срца, приказ стања батерије; приказ брзине (mm/s), осетљивости (mm/mV); дијаграм стања електрода; - интегрисана алфанумеричка тастатура, водоотпорна, силиконска или фолијска - 12 -канални штампач , термални, ширина папира минимум 210мм -могућност повезивања са РС рачунаром и екстерним штампачем путем УСБ порта - обавезна брзина штампања је : 5, 10, 25, 50 (mm/s) - Струјно- батеријско напајање Аутономија при раду на батерије: мин. 6 сати - мануелни и аутоматски радни мод - пејсмејкер детекција -QRS бипер за звучно регистровање QRS комплекса - Обавезна осетљивост апарата је: 5, 10, 20 (mm/mV); - могућност чувања минимум 300 ЕКГ записа - пратећа опрема: <ul style="list-style-type: none"> -пацијент ЕКГ кабл (са дефибрилационом заштитом у себи) -напонски кабл -грудно- усисне електроде (са гуменим пумпицама)- 6 комада - електроде за екстремитете, штипаљке- 4 комада - термални папир за штампач - упутство за рад на српском и енглеском језику 	Комад	2			
			УКУПНО:		