

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Дом здравља Гроцка  
Бр. 1508  
Датум: 30. 06. 2017.  
Српско-грчког пријатељства бр. 17  
11306 Београд-Гроцка



ДОМ ЗДРАВЉА  
ГРОЦКА

ТЕЛ: 8501-958, 8501-661

Српско грчког пријатељства 17, 11306 ГРОЦКА, П.факс 20

**Predmet : Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JNMV D 02/17- 2 EKG APARATA-DVANAESTOKANALNA**

U skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama naručilac dostavlja odgovore na pitanja potencijalnog ponuđača:

**PITANJE 1:** Pod dijagramom stanja elektroda, da li ste podrazumevali da on pokazuje npr. zelena boja elektroda je povezana i radi, crvena boja elektroda nije povezana

**ODGOVOR:** Pod dijagramom stanja elektroda se podrazumeva da on pokazuje da li su elektrode dobro povezane.

**PITANJE 2:** Termalni štampač papira minimum 210mm, da li je potrebno da aparat može koristiti oba tipa papira, Z-faltani papir, i papir koji je spakovan u rolni?

**ODGOVOR:** Naručiocu nije bitno koji tip papira koristi aparat.

**PITANJE 3:** Da li Vam je potrebno da Aparat poseduje Print Preview, za editovanje rezultata dijagnoze pre štampanja?

**ODGOVOR:** Nije potrebno da aparat poseduje navedenu opciju.

**PITANJE 4:** Da li Vam je potrebno da aparat poseduje mogućnost direktnog povezivanja laserskog štampača za štampu na standardnom A4 papiru, preko USB porta?

**ODGOVOR:** Naručilac je već u specifikaciji definisao zahtev da aparat ima mogućnost povezivanja sa PC računаром I eksternim štampačem putem USB porta.

**PITANJE 5:** Da li je potrebno da aparat poseduje više mogućnosti osetljivosti (2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5 (mm/mv), AGC (autogain);)?

**ODGOVOR:** Nije potrebno. Naručilac je zahtev definisao u skladu sa svojim potrebama.

**PITANJE 6:** Da li je potrebno da aparat poseduje više brzina štampanja (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 (mm/s))?

