

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације, за поступак јавне набавке мале вредности бр. Д-09/19 – „Медицинско-потрошни материјал“, (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Дома здравља „Гроцка“ у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованог лица

поступак јавне набавке мале вредности бр. Д-09/19 – „Медицинско-потрошни материјал“

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питања и сугестије заинтересованог лица, па потом одговоре на исто:

Питање 1.

Обраћамо се са захтевом за појашњење у вези ЈН бр.Д-09/19-Медицински потрошни материјал за следеће:

Partija broj 1- Zavojni materijal- stavka broj 12- Flaster za zatvaranje rana

Da li ćete prihvatiti flaster za zatvaranje rana dimenzije 6cmx101 bez ojačanja, u boji kože?

Одговор 1. Напомињемо да је основни циљ сваке јавне набавке да наручилац изабере понуду која ће на најбољи начин задовољити његове потребе по својствима и квалитетом, Наручилац техничке карактеристике одређује према својим објективним потребама, а не према потребама сваког заинтересованог потенцијалног понуђача. У складу са тим указ Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступку јн је да Наручилац сваки конкретни поступак јн спроводи у циљу задовољења објективних потреба, и на основу конкурсне документације која дефинише такве потребе. Тако да, обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не може тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу обезбеди учешће, а да притом не води рачуна о сврси набавке, квалитету добра и реалним потребама Наручиоца.

Сходно томе, Наручилац остаје при техничкој спецификацији и траженој документацији, и захваљује на сугестијама.

Питање 2.

Partija broj 3- Sistemi za infuziju – stavka 10- sistemi za infuziju

Da li ćete prihvatiti sistem za infuziju sa Y konektorom sa iglom, dužina 180 cm, filter veličine 15-20 nano metara, komora zapremine 10ml?

Одговор 2. је идентичан као одговор на прво питање.

Сходно томе, Наручилац остаје при техничкој спецификацији и траженој документацији, и захваљује на сугестијама.

Питање 3

Partija broj 5- Igle, stavka 1

Da li seće prihvatiti iglu sa tankim zidom 0,45x12 ?

С обзиром да је димензија игле минимално одступа и приближно одговарајућа игли која је наведена као потреба ставком 1, партија 5., прихвата се игла димензије 0,45x12.

