

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације, за поступак јавне набавке мале вредности бр. Д-09/19 – „Медицинско-потрошни материјал“, (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Дома здравља „Гроцка“ у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

**Одговоре и појашњења на питања**  
**постављена од стране заинтересованог лица**

поступак јавне набавке мале вредности бр. Д-09/19 – „Медицинско-потрошни материјал“

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питања и сугестије заинтересованог лица, па потом одговоре на исто:

1. Питање: У партији 8-Хирушки заштитни материјал, ставка 2, да ли је дошло до техничке грешке код дефинисања квалитета, на који састав хирушких рукавица се мисли: Latex, полиизопрен или нитрил?

Одговор:

2. Што се тиче састава хирушких рукавица, мисли се на хирушке рукавице величине М, L, XL и XXL искључиво од полиизопрена.

